


End-of-Line-Sicherheitsprüfung in der Produktion

A 1625 CheckBox



Das Testsystem sollte regelmäßig und täglich überprüft werden. CheckBox verfügt über eine integrierte Elektronik mit Referenzwerten, mit denen das ordnungsgemäße Funktionieren des Messsystems ermittelt werden kann. A 1625 CE CheckBox ist zum Überprüfen ordnungsgemäßer Messungen mit Geräten wie z. B. MI 3394 und MI 3325 und jeweils in Kombination mit A 1460 oder A 1600 sowie einem der Anschlusskästen gedacht.

MIT A 1625 KÖNNEN FOLGENDE GERÄTEFUNKTIONEN GEPRÜFT WERDEN:

- Durchgang des Schutzpotenzials;
- Isolierungswiderstand;
- Ableitströme;
- Leistungsmessung;
- Restspannung (Entladungsdauer);
- Spannungsfestigkeitstest.

WICHTIGE MERKMALE

- CheckBox dient zum Überprüfen der ordnungsgemäßen Funktionsfähigkeit des Systems,
- Das Prüfverfahren kann mit einem Prüfgerät aufgezeichnet werden.

- Das tägliche Überprüfen des Testsystems verringert das Risiko von Produktionsausfällen.

STANDARDS

Sicherheit: DIN EN 50191

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Allgemein

Gewicht	0,6 kg
Abmessungen (L x B x H)	19,8 cm x 10,9 cm x 12,4 cm

METREL GmbH

Mess- und Prüftechnik GmbH
Orchideenstraße 24, 90542 Eckental
T +49 9126 28996-0, F +49 9126 28996-20
info@metrel.de, www.metrel.de

BESTELLINFORMATIONEN



Lieferumfang A 1625

- A 1625 CheckBox
- A 1601 HS-Prüfleitung mit Prüfspitze, rot, 1,5 m
- A 1602 HS-Prüfleitung mit Prüfspitze, blau, 1,5 m
- A 1493 Netzkabel EU13/Schuko, 3x 1,5 mm², 2 m